

Wilczęta, 05.10.2018 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO-ODPOWIEDŹ
NA ZAPYTANIE**

Dotyczy postępowania:

pn.: „Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości”

w związku z zapytaniem dotyczącym wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości”

Zamawiający przedstawia poniżej pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator umożliwiający komunikację ze sprzętem komputerowym za pomocą karty CF i odpowiedniego oprogramowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora umożliwiającego komunikację ze sprzętem komputerowym za pomocą karty CF i odpowiedniego oprogramowania. Defibrylator powinien posiadać bezprzewodową transmisję danych do komputera przy użyciu protokołu IrDA.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z dwuletnią gwarancją i szybkim serwisem na terenie Polski?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z dwuletnią gwarancją i szybkim serwisem na terenie Polski. Gwarancja producenta powinna wynosić min. 8 lat.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej? (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginałów dokumentów przy wyborze najkorzystniejszej Oferty)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Kowalski
SEKRETARZ GMINY